

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü
Düziçi Devlet Hastanesi

SAYIN:.....

Hastanemizin ihtiyacı olan "1 Kalem mal/malzeme Alımı" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin "d" bendine göre doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. KDV hariç fiyat vermenizi rica ederim.

10.03.2020
Ali YAZAR
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Evsafı	Miktarı - Birimi		Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DEFİBRİLLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	6	ADET		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

NOT1: TEKLİFLER 13.03.2020 TARİHİNDE SAAT 12.00'DE DEĞERLENDİRİCEKTİR.
NOT2: TEKLİFLER TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR.

EK: TEKNİK ŞARTNAME
TEL&FAKS: 0 328 876 75 55

TEKNİK ŞARTNAME

- 1-NİHON KOHDEN MARKA,TEC 5521 K MODEL DEFİBRİLATÖR CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
- 2-BATARYANIN SOKETİ CİHAZA UYUMLU OLMALIDIR.
- 3-BATARYANIN VOLTAJ &KAPASİTE ÖZELLİĞİ 12V & 3000 mah OLMALIDIR.
- 4-BATARYA ÜZERİNDEKİ ETİKETTE BATARYANIN ÖZELLİKLERİ VE ÜRETİM TARİHİ BULUNMALIDIR.
- 5-TAM ŞARJ OLMUŞ BİR BATARYA İLE EN AZ 50 ŞOKLAMA YAPILABİLMELİDİR.BU SINIRDA ŞOKLAMA YAPMAYAN BATARYA KABUL EDİLMEMEYECİTİR.
- 6-BATARYA ÜÇ SAATTE ŞARJ OLABİLECEK KAPASİTEDE OLMALIDIR.
- 7-BATARYA EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 8-BATARYA EN AZ ÜÇ AY İÇİNDE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 9-NUMUNE DEĞERLENDİRİLECEKTİR
- 10-KARGO YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- 11-UBB KODU OLMALIDIR,OLMAYANLAR BUNU İLGİLİ DURUMDAN YAZI ALARAK BELGELENDİRMELİDİR.


AHMET ERDOĞAN
TEKNIK

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Devlet Hastanesi
Düziçi Devlet Hastanesi
Ebru P. Ç. /
Klinik 1. Sorumlu Hemşiresi